



152512050141

正本

云南佳测环境检测科技有限公司

检测报告

云佳检字[2024]03105 号

项目名称：云南森博混凝土外加剂有限公司 2024 年 1 季
度雨水检测（新厂）

委托单位：云南森博混凝土外加剂有限公司

检测类别：来样检测


报告日期：2024 年 03 月 29 日



（加盖检验检测专用章）



声 明



1、报告无“云南佳测环境检测科技有限公司检验检测专用章”

“正本”和“ ”章无效。

2、报告内容涂改无效。

3、报告无编制、校核、审核和授权签字人签字无效。

4、报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

5、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

6、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

7、未经本公司书面批准，本报告及数据只能用于本项目不得用于其它和商业宣传，违者必究。

8、报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与检测单位联系。

本机构通讯资料

名称：云南佳测环境检测科技有限公司

地址：云南省昆明市滇池度假区滇池路 1270 号 2 号楼 1-1 号

邮编：650034

传真：0871-64158516

电话：0871-64158516, 13170623333

E-mail: yjhjkyg@126.com

1. 检测内容

表 1 检测基本情况

委托单位名称		云南森博混凝土外加剂有限公司			
检测类型		来样检测			
项目名称		云南森博混泥土外加剂有限公司 2024 年 1 季度雨水检测（新厂）			
雨水	检测因子	悬浮物、化学需氧量；			
样品情况	送样人	/	样品数量	1 组	
	样品保存和运输	常温，塑料瓶装	送样时间	2024-03-23	
	接样人	张如芬	检测时间	2024-03-23~2024-03-25	
备注：本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。					

2. 检测项目、方法、设备和人员

表 2 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	4 mg/L	FA2004 电子天平	YJHJKYG JY01	杨先美
化学 需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	HCA-103 型 标准 COD 消解器	YJHJKYG FY71	李卫涛



3. 检测结果

表 3 雨水检测结果

检测指标			化学需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)
点位/送样时间/编号				
雨水	2024-03-23	2024-03105-FS1-1-1	42	13

编制： 植校对： 罗艳审核： 张如芬签发： skow签发日期： 2024 年 03 月 24 日

以下无检测数据